



PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 – LOTE 06

INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo nº 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

DADOS DO PROPONETE

NOME: HOSPITA MAIS LTDA

CNPJ: 57.118.532/0001-45

Endereço: Av. Aduadora, nº618, Lote 33a Quadrão, Jardim Nova Poá – Poá/SP, CEP 08568-660

Telefone: (11) 9353-3208

E-mail: hospita.licitacoes@gmail.com

ANEXO

Modelo de proposta Comercial

Catalogo HTC

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

ITEM 15 MACA CLÍNICA (sem rodizio)

Requisito	EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	OFERTADO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Estrutura	Aço inoxidável com superfície esmaltada	Fabricado em aço inox 430 com espessura de 1mm	SIM
Leito	Fixo, com colchão em courvin	Descrito	SIM
Altura	Cerca de 1,00 m	100 cm	SIM
Capacidade de carga	Até 250 kg	Até 250kg	SIM



Requisito	EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	OFERTADO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Cabeceira	Regulável por cremalheira	Cabeceira reclinável através de cremalheiras com ajuste até 3 posições	SIM
Acessórios	Suporte para lençol descartável	Descrito	SIM
Comprimento	Até 2,00 m	200 cm	SIM
Largura	Cerca de 0,90 m	90 cm	SIM
Rodas	Sem rodízios , pés fixos	Descrito	SIM

CONCLUSÃO DO ITEM 15

Após análise detalhada atestamos que o item apresentado na proposta atende todos os requisitos exigidos no edital, portanto, indicamos o aceite da proposta.

ITEM 16 MACA CLÍNICA (Com rodizio)

Requisito	EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	OFERTADO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Material	Aço inoxidável	Fabricado em aço inox 430	SIM
Capacidade	Até 250 kg	Até 250 kg	SIM
Cabeceira	Regulável por cremalheira	Descrito	SIM
Grades laterais	Rebatíveis	Descrito	SIM
Componentes	Suporte de soro removível	Descrito	SIM
Comprimento	Até 2,00 m	2,00 m	SIM
Largura	Cerca de 0,80 m	0,80m	SIM
Rodas	4 rodízios de 8", com freio em 2 rodízios	Descrito	SIM
Acessório	Colchonete	Leito em madeira revestido com espuma densidade 33	SIM



CONCLUSÃO DO ITEM 16

O item atende integralmente às exigências técnicas, apresentando compatibilidade funcional, material adequado, não havendo impedimentos técnicos à sua aceitação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, as propostas referentes aos itens 15 e 16 do Lote 6 são ACEITAS, por atenderem às especificações técnicas e funcionais estabelecidas no Termo de Referência, não havendo óbice à continuidade do certame quanto a estes itens.

Imperatriz-MA, 30 de Janeiro de 2026.

Érica Ribeiro Gomes Lima

Técnico Administrativo em Educação- Área Análises Clínicas

Matrícula SIAPE:1025305

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/ CCIIm
Gerência de Laboratório



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES GERAIS



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES GERAIS