



PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 – LOTE 06

INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo nº 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

DADOS DO PROPONENTE

NOME: REVONTECH EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.721.898/0001-62

Endereço: Avenida Governado Lacerda de Aguiar, No 112 - Bairro Centro

Conceição do Castelo /ES - CEP: 29.370-000

Telefone: (28) 99901-7016

E-mail: revontech.wm@gmail.com

ANEXO

Modelo de proposta Revontech

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

ITEM 15 MACA CLÍNICA (sem rodízio)

Requisito	EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	OFERTADO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Estrutura	Aço inoxidável com superfície esmaltada	Tubular em aço com pintura eletrostática	SIM
Leito	Fixo, com colchão em courvin	Descrito	SIM
Altura	Cerca de 1,00 m	0,78	SIM
Capacidade de carga	Até 250 kg	Até 260kg	SIM
Cabeceira	Regulável por cremalheira	Com diversas regulagens da cabeceira	SIM



Requisito	EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	OFERTADO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Acessórios	Suporte para lençol descartável	Descrito	SIM
Comprimento	Até 2,00 m	1,80m	SIM
Largura	Cerca de 0,90 m	0,63m	SIM
Rodas	Sem rodízios , pés fixos	Descrito	SIM

CONCLUSÃO DO ITEM 15

Atestamos que o item apresentado na proposta apesar de não possuir as dimensões exatas requisitada, possui a capacidade de suporte superior ao exigido, o que não interfere na funcionalidade do produto. Ademais todas as outras exigências do edital foram atendidas e indicamos o **aceite da proposta** para o Item 15.

ITEM 16 MACA CLÍNICA (Com rodizio)

Requisito	EXIGÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA	OFERTADO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Material	Aço inoxidável	Descrito	SIM
Capacidade	Até 250 kg	Até 250 kg	SIM
Cabeceira	Regulável por cremalheira	Não há descrição da cabeceira no catálogo e sistema de regulagem	NÃO
Grades laterais	Rebatíveis	Grade lateral visível na foto do catálogo, porém não há descrição do acessório	PARCIAL
Componentes	Suporte de soro removível	Não está descrito	NÃO
Comprimento	Até 2,00 m	1,80m	SIM
Largura	Cerca de 0,80 m	0,60m	SIM
Rodas	4 rodízios de 8", com freio em 2 rodízios	Descrito	SIM
Acessório	Colchonete	O leito em madeira estofada, revestido por um courvim impermeável	SIM



CONCLUSÃO DO ITEM 16

Atestamos que a proposta para o item 16 não comprova atendimento integral as especificações do Termo de Referencia, conforme segue:

1. Cabeceira regulável por cremalheira

O Termo de Referência exige expressamente que a maca possua cabeceira regulável por sistema de cremalheira. Entretanto, não há no catálogo apresentado qualquer descrição técnica da cabeceira, tampouco informação sobre existência de sistema de regulagem, método de ajuste ou mecanismo construtivo, impossibilitando a comprovação do atendimento ao requisito.

2. Suporte de soro removível

O Termo de Referência estabelece como componente obrigatório a presença de suporte para soro removível. Contudo, não consta no catálogo técnico apresentado qualquer menção, imagem ou especificação referente a suporte de soro, caracterizando ausência de comprovação do item exigido.

Diante do não atendimento às especificações mínimas, DECLARO O ITEM 16 TECNICAMENTE NÃO CONFORME, razão pela qual RECUSO a proposta para este item.

Imperatriz-MA, 26 de Janeiro de 2026.

Érica Ribeiro Gomes Lima

Técnico Administrativo em Educação- Área Análises Clínicas

Matrícula SIAPE:1025305

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/ CClm
Gerência de Laboratório



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES GERAIS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES GERAIS