



PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 – LOTE 07

INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo nº 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

DADOS DO PROPONETE

NOME: JUANA ESTER MARCELINO VARGAS

CNPJ: 34.579.064/0001-00

Endereço: PC ELMO DE OLIVEIRA FONSECA No 250, CENTRO, SANTANA DO GARAMBEU/MG, 36146-000

Telefone: (32) 99918-4689

E-mail: mastervetmg@gmail.com

ANEXO

Proposta lote 07 empresa Mastervete

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

ITEM 17 – ARMÁRIO VITRINE

CRITÉRIO	EXIGIDO EM EDITAL	DESCRIÇÃO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Altura	1,65 m	1,65 m	SIM
Aplicação	Uso hospitalar	Uso hospitalar	SIM
Material fundo/teto	Chapa de aço esmaltado	Chapa de aço esmaltado	SIM
Largura	0,65 m	0,65 m	SIM
Material da porta	Vidro 3 mm	Vidro 3 mm	SIM
Prateleiras	4 prateleiras em vidro (4 mm)	4 prateleiras em vidro	SIM
Profundidade	0,40 m	0,40 m	SIM
Portas	2 portas	2 portas	SIM



CRITÉRIO	EXIGIDO EM EDITAL	DESCRIÇÃO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Fechadura	Cilíndrica	Cilíndrica	SIM
Valor unitário	R\$ 1.100,00	R\$ 686,00	SIM

CONCLUSÃO DO ITEM 17

Atestamos que o produto ofertado atende integralmente às exigências técnicas do Termo de Referência, apresentando inclusive valor inferior ao estimado, sem prejuízo às características técnicas exigidas.

ITEM 18 – CARRO INOX PARA CURATIVO

CRITÉRIO	EXIGIDO EM EDITAL	OFERTADO NA PROPOSTA	CONFORMIDADE
Material	Aço inox	Aço inox	SIM
Acessórios	Balde e bacia acoplados	Balde e bacia acoplados	SIM
Medidas	73 × 41 × 76 cm	73 × 41 × 76 cm	SIM
Estrutura	Tubular	Tubular	SIM
Compartimento	Para utensílios	Presente	SIM
Rodízios	Com freio	Com freio	SIM
Valor unitário	R\$ 1.678,34	R\$ 780,00	SIM

CONCLUSÃO DO ITEM 18

Atestamos que o produto ofertado atende integralmente às exigências técnicas do Termo de Referência, apresentando inclusive valor inferior ao estimado, sem prejuízo às características técnicas exigidas.



ITEM 19- MESA AUXILIAR HOSPITALAR

CRITÉRIO	EXIGIDO EM EDITAL	OFERTADO NA PROPOSTA	Conformidade
Material	Aço inoxidável	Aço inoxidável	SIM
Altura	80 cm	80 cm	SIM
Dimensões	80 x 60 cm	80 x 60 cm	SIM
Prateleiras	2 reforçadas	2 reforçadas	SIM
Resistência à corrosão	Exigida	Atendida	SIM
Higienização	Superfície lisa	Superfície lisa	SIM
Resistência mecânica	Exigida	Atendida	SIM
Valor unitário	R\$ 952,64	R\$ 560,00	SIM

CONCLUSÃO DO ITEM 19

O item atende integralmente às exigências técnicas, apresentando compatibilidade funcional, material adequado e valor inferior ao estimado, não havendo impedimentos técnicos à sua aceitação.

CONCLUSÃO

Após análise técnica detalhada da proposta apresentada, conclui-se que:

- Os itens 17, 18 e 19 atendem integralmente às especificações do Termo de Referência;
- Não foram identificadas inconsistências técnicas ou omissões relevantes;
- Os valores apresentados são inferiores aos estimados, demonstrando vantajosidade econômica;
- A proposta encontra-se tecnicamente habilitada para fins de contratação.

Imperatriz - MA, 23 de Janeiro de 2026.

Érica Ribeiro Gomes Lima

Técnico Administrativo em Educação- Área Análises Clínicas

Matrícula SIAPE:1025305

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA/ CCIIm
Gerência de Laboratório



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES GERAIS



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHÃO**

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES GERAIS