SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

CLIENTE

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – MA

PROJETO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 250/2026

Prezado Sr. Pregoeiro,

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.

Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO ELETRÔNICO n° 250/2026, a Metdata Tecnologia da Informação, CNPJ nº 28.584.157/0003-92, apresenta solicitação de esclarecimentos, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 14.133/21.

Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados.

Cariacica, 25 de novembro de 2026

Carlos Eduardo Pereira

Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação

CNPJ: 28.584.157/0003-92

I – DA TEMPESTIVIDADE

A sessão pública está prevista para 02/12/2026. Nos termos do item 12.1 do edital e do art. 164 da Lei nº 14.133/2021, o pedido de esclarecimento poderá ser apresentado até três dias úteis antes da abertura do certame, sendo tempestiva a presente solicitação.

II – OBJETO DA LICITAÇÃO

Aquisição de projetores de multimídia, incluindo a entrega, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

III – DOS PONTOS

ITEM 01 – PROJETOR MULTIMÍDIA

QUESTIONAMENTO 1:

EXIGÊNCIA EDITAL:

EXIGÊNCIA EDITAL: Resolução nativa WXGA (1280 x 800)

Após análise das especificações técnicas, verificamos a exigência de resolução nativa WXGA (1280 x 800).

O equipamento que pretendemos ofertar possui resolução nativa XGA (1024 x 768) com suporte via redimensomanento da imagem a resolução WXGA (1280 x 800) .

Destacamos que a resolução XGA pode ser adequada à apresentação de conteúdos didáticos, embora possua menor quantidade de pixels.

Dessa forma, entendemos que a flexibilização desse requisito permitirá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de equipamentos com características adequadas às necessidades da Administração.

Diante do exposto, entendemos que se ofertarmos equipamento com resolução nativa XGA (1024 x 768) com com suporte via redimensomanento da imagem a

resolução WXGA (1280 x 800) , o equipamento será aceito, considerando que a resolução XGA pode ser adequada à apresentação de conteúdos didáticos, embora possua menor quantidade de pixels. **Nosso entendimento está correto?**

QUESTIONAMENTO 3:

EXIGÊNCIA EDITAL: Aspecto de imagem padrão de 16:10, devendo suportar também o aspecto 4:3 ou 16:9

Após análise das especificações técnicas, verificamos a exigência de aspecto de imagem padrão de 16:10, devendo suportar também o aspecto 4:3 ou 16:9.

O equipamento que pretendemos ofertar possui aspecto de imagem padrão de 4:3.

Destacamos que a proporção 4:3 permite a apresentação de conteúdos compatíveis, observadas as necessidades de exibição.

Dessa forma, entendemos que a flexibilização desse requisito permitirá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de equipamentos com características adequadas às necessidades da Administração.

Diante do exposto, entendemos que se ofertarmos equipamento com aspecto de imagem padrão de 4:3, o equipamento será aceito, considerando que a proporção 4:3 permite a apresentação de conteúdos compatíveis, observadas as necessidades de exibição. **Nosso entendimento está correto?**

QUESTIONAMENTO 4:

EXIGÊNCIA EDITAL: Permitir a Relação de Zoom Ótico de, no mínimo, 1.2

Após análise das especificações técnicas, verificamos a exigência de permitir a Relação de Zoom Ótico de, no mínimo, 1.2.

O equipamento que pretendemos ofertar possui zoom óptico manual de 1 a 1,2 vezes.

Destacamos que a relação máxima de zoom de 1,2 vezes corresponde ao mínimo indicado.

Dessa forma, entendemos que a flexibilização desse requisito permitirá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de equipamentos com características adequadas às necessidades da Administração.

Diante do exposto, entendemos que se ofertarmos equipamento com zoom óptico manual de 1 a 1,2 vezes, o equipamento será aceito, considerando que a relação máxima de zoom de 1,2 vezes corresponde ao mínimo indicado. **Nosso entendimento está correto?**

QUESTIONAMENTO 5:

EXIGÊNCIA EDITAL: HDMI x2

Após análise das especificações técnicas, verificamos a exigência de hDMI x2.

O equipamento que pretendemos ofertar possui uma entrada HDMI.

Destacamos que uma entrada HDMI permite conectar uma fonte digital por vez.

Dessa forma, entendemos que a flexibilização desse requisito permitirá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de equipamentos com características adequadas às necessidades da Administração.

Diante do exposto, entendemos que se ofertarmos equipamento com uma entrada HDMI, o equipamento será aceito, considerando que uma entrada HDMI permite conectar uma fonte digital por vez. **Nosso entendimento está correto?**

QUESTIONAMENTO 6:

EXIGÊNCIA EDITAL: Áudio: Stereo mini jack x2

Após análise das especificações técnicas, verificamos a exigência de áudio: Stereo mini jack x2.

O equipamento que pretendemos ofertar possui uma entrada de áudio stereo mini jack.

Destacamos que uma entrada de áudio permite conectar uma fonte analógica compatível por vez.

Dessa forma, entendemos que a flexibilização desse requisito permitirá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de equipamentos com características adequadas às necessidades da Administração.

Diante do exposto, entendemos que se ofertarmos equipamento com uma entrada de áudio stereo mini jack, o equipamento será aceito, considerando que uma entrada de áudio permite conectar uma fonte analógica compatível por vez.

Nosso entendimento está correto?

QUESTIONAMENTO 7:

EXIGÊNCIA EDITAL: O equipamento deverá permitir conexão à rede sem fio Wireless IEEE 802.11 b/g /n através de dispositivo (interno ou externo) do próprio fabricante do equipamento

Após análise das especificações técnicas, verificamos a exigência de o equipamento deverá permitir conexão à rede sem fio Wireless IEEE 802.11 b/g /n através de dispositivo (interno ou externo) do próprio fabricante do equipamento.

O equipamento que pretendemos ofertar possui conectividade por interfaces cabeadas, sem conexão à rede sem fio.

Destacamos que as interfaces cabeadas permitem a conexão a fontes compatíveis, quando a infraestrutura disponível assim permitir.

Dessa forma, entendemos que a flexibilização desse requisito permitirá ampliar a competitividade do certame, possibilitando a participação de equipamentos com características adequadas às necessidades da Administração.

Diante do exposto, entendemos que se ofertarmos equipamento com conectividade por interfaces cabeadas, sem conexão à rede sem fio, o equipamento será aceito, considerando que as interfaces cabeadas permitem a conexão a fontes compatíveis, quando a infraestrutura disponível assim permitir.

Nosso entendimento está correto?

IV – DO REQUERIMENTO E CONCLUSÕES

Ante o exposto, requer sejam esclarecidos o edital nos pontos indicados acima, alterando-se o respectivo dispositivo, caso seja necessário.

Cariacica, 25 de novembro de 2026



Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação

CNPJ: 28.584.157/0003-92